



সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস
জরুরী মেয়ামত বিজ্ঞপ্তি

১। এতদ্বারা প্রকৃত ইলেকট্রো মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি মেয়ামতকারী ব্যবসায়ী/প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারীকে (যারা প্রতিরক্ষা জন্ম মহাপরিদপ্তরের তালিকাভুক্ত) জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ইউনিটের নামের পার্শ্বে বর্ণিত ইলেকট্রো মেডিক্যাল যন্ত্রসমূহ অকেজো হওয়ায় মেয়ামত করা প্রয়োজন

টোভার নং-১৯৫/২০২৪-২০২৫
BAF Base Birsresho Matiur Rahman, Jashore

Ser	PVMS No	Name Eqpt	Faults/Requirement
1.	210015-	500 MA X-RAY MACHINE WITH STANDARD ACCESSORIES, MODEL:FDR SMART F, SER: GBB 1981510A	a. HT Control Board Faulty

টোভার নং-১৯৬/২০২৪-২০২৫
CMH Chattogram

1.	210007	500 MA X-RAY MACHINE WITH ALL STD ACCESSORIES, MODEL-RADIOGRAPHY SYSTEM RADSPED SIT (SHIMADZU), SER: MP41EBA55007, MADE IN JAPAN	a. MP4 Magnet Relay-US b. Fit Control PCB Faulty
----	--------	--	---

টোভার নং-১৯৭/২০২৪-২০২৫
CMH Dhaka

1.	100202/A	SIMULTANEOUS ULTRASOUND PNEUMATIC LITHOTROPSY SYSTEM, FT-128/B1004	a. Main PCB of Swiss Lithoclast Master Faulty b. Amplifier Board-US c. Lithopump Venture Cartridge -US d. Venture Manifold-US
2.	091451	ULTRASONIC SURGICAL ASPIRATOR CUSA/ USA, BRAND:INTEGRA, MODEL:CUSA EXCEL-9, SER NO:HGC-19036041E, MADE IN IRELAND & USA	a. Hand Piece 36 KHZ Defective
3.	080279	SURGICAL TISSUE MANAGEMENT SYSTEM (STMS) ,BRAND: OLYMPAS,SER:B003113,MADE IN GERMANY	a. Generator PCB Faulty b. Inner Sheath (A22041A), Qty:01 c. Telescope 4mm 12° (A22001A), Qty:01 d. Light Guide Cable (WA03300A), Qty:01

২। উল্লিখিত মেশিনসমূহ পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশের প্রস্তুতকারক দেশ এবং মেয়ামতের নির্দিষ্ট খুচরা যন্ত্রাংশ উত্তোলন করতঃ ইঞ্জিনিয়ার সার্ভে রিপোর্টসহ সরঞ্জাম অগ্রাহী দরদাতা কর্তৃক সীল মোহরকৃত বামে **আশাশীল ২০ নভেম্বর ২০২৪** তারিখের মধ্যে এই মহাপরিদপ্তর এর মেডিক্যাল স্টোর শাখায় রক্ষিত টোভার ব্যস্তে জমা দিতে হবে এবং একই তারিখ বেলা ১৩০০ ঘটিকায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।

৩। উল্লেখ্য যে, বিশ্বযোগ্যতার মেশিনের মেয়ামতকৃত অবস্থা সরোমতের জন্য প্রদানকৃত খুচরা যন্ত্রাংশের কমপক্ষে ০১ (এক) বছরের ওয়ারেন্ট (Warranty) প্রদান করতে হবে।

৪। কর্তৃপক্ষ কারন ছাড়াই যে কোন দরদাতা ব্যতিল করার ক্ষমতা রাখেন।

মোঃ তানজির হাদান
 মেজর
 পক্ষে মহাপরিচালক

আই এস পি আর/বিবিখ/২০২৪/০২১
 ১৩/১১/২৪

GD- 952